

第6 画像診断	
施設基準	<p><b>告示</b>      <b>4 CT撮影及びMRI撮影の施設基準</b></p> <p>(1) 通則 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。</p> <p>(2) 64列以上のマルチスライス型の機器によるCT撮影及び3テスラ以上の機器によるMRI撮影に関する施設基準 イ 画像診断管理加算2の施設基準を満たしていること。 ロ 専従の診療放射線技師が一名以上配置されていること。</p>
	<p><b>通知</b>      <b>第34 CT撮影及びMRI撮影</b></p> <p><b>1 CT撮影及びMRI撮影に関する施設基準</b></p> <p>(1) 64列以上、16列以上64列未満若しくは4列以上16列未満のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上若しくは1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有していること。</p> <p>(2) 64列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、画像診断管理加算2に関する施設基準の届出を行っていること。</p> <p>(3) 64列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、CT撮影に係る部門又はMRI撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。</p> <p><b>2 届出に関する事項</b></p> <p>(1) CT撮影及びMRI撮影の施設基準に係る届出は、別添2の<b>様式37</b>を用いること。</p> <p>(2) 当該撮影を行う画像診断機器の機種名、型番、メーカー名、テスラ数(MRIの場合)を記載すること。</p> <p>(3) CT撮影及びMRI撮影に係る安全管理責任者の氏名を記載し、CT撮影装置、MRI撮影装置及び造影剤注入装置の保守管理計画を添付すること。</p>
施設基準	<p><b>告示</b>      <b>5 冠動脈CT撮影加算及び心臓MRI撮影加算の施設基準</b></p> <p>(1) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。</p> <p>(2) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。</p> <p>(3) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。</p>
	<p><b>通知</b>      <b>第35 冠動脈CT撮影加算</b></p> <p><b>1 冠動脈CT撮影加算に関する施設基準</b></p> <p>(1) 64列以上のマルチスライス型のCT装置を有していること。</p> <p>(2) 画像診断管理加算2に関する施設基準を満たすこと。</p> <p><b>2 届出に関する事項</b> 冠動脈CT撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の<b>様式38</b>を用いること。</p>
	<p><b>第36 心臓MRI撮影加算</b></p> <p><b>1 心臓MRI撮影加算に関する施設基準</b></p> <p>(1) 1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。</p> <p>(2) 画像診断管理加算2に関する施設基準を満たすこと。</p> <p><b>2 届出に関する事項</b> 心臓MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の<b>様式38</b>を用いること。</p>